*2012 年 07 月 01 日（第 2 版）
2010 年 09 月 21 日（第 1 版）

添付連番：0479
届出番号：27B1X00024000244

機械器具　84　医療用エックス線写真観察装置
一般医療機器　モータなし画像診断用観察装置　36488000

ディロス シャウカステン

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

2. 電気的定格
定格電源：AC100V、50/60Hz
消費電力：40W

3. 機器の分類
電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器

4. 電磁両立性規格（EMC）
本品は EN60601-1-2:2001,JIS T 0601-1-2:2002（Emission）に適合している。

5. 原理
フィルムに記録した X 線などの医療用画像を保持、固定して投光することにより画像を観察しやすくする。

【使用目的、効能又は効果】

フィルムに記録した X 線、磁気共鳴（MR）、CT、超音波、又は核医学などの医療用画像を保持、固定して投光するモータなしの装置をいう。モータなしの簡単な構造で、壁やテーブルに配置する。明るく均質な照明を備え、観察面にはフィルムを保持する器具が備わっている。

【品目仕様等】

照度：7000～12000lux
蛍光灯寿命：約 50000 時間
最大照度維持時間：約 20000 時間

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法
   1) 本体を安定した状態でテーブルに設置する。
   2) 交流電源 100V・50/60Hz のコンセントに電源プラグを差し込む。
   3) 本体側面の電源スイッチを入れる。
   4) 照度調節つまみを時計回りに回して点灯させる。約 5 分間で照度が安定する。
   5) 照度安定後、照度調節つまみを回して明るさを調節する。照度調節つまみを時計回りに回すと観察面は暗くなり、反時計回りに回すと明るくなる。
   6) 使用後、照度調節つまみを反時計回りに音がカチッと鳴るまで戻して消灯する。
   7) 本体側面の電源スイッチを切る。

2. 使用方法に関連する使用上の注意
電源を入れてから約 1 分間は照度の調節はしないこと［電源投入直後は最大照度に向けて大きく変化するため］。

3. 使用環境
振動・衝撃等を受けにくい、水平で安定した場所に設置する。

【使用上の注意】

1. 禁忌・禁止
   1) 使用目的以外に使用しないこと。
   2) 本品の二次的加工をしないこと。
   3) 本品は浸漬しないこと。
   4) 定格電源以外では使用しないこと［火災や感電の原因になる］。
   5) 本体に消毒剤や洗剤を直接噴霧しないこと。
   6) 有機溶剤は使用しないこと。
   7) ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。

2. その他の注意
   1) 薬剤や水、その他の液体及びほこり等を、本体内部に侵入させないこと［内部の電気回路がショートする等、故障の原因になる］。
   2) 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグをもって抜くこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

1) 観察面は少量のアルコールで湿らせた柔らかい布で清拭する。
2) フレームはぬるま湯で湿らせた柔らかい布で清拭する。

【包装】

1 個／箱

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546

製造業者：ジェジョング　メディカル社　　大韓民国
Jejoong Medical Co., Ltd.

取扱説明書を必ずご参照ください